

# INFORMATION

No.2020.31  
2020年11月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記の検査項目におきまして、検査内容を変更させて  
いただきたくご案内いたします。  
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 実施日 2020年12月1日(火) ご依頼分より

### ■ 新規項目

項目 コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存	報告 日数	実施料	備考
5501	穿刺液一般(胸水)	胸水 0.5	⑳ ポリスピッツ	冷蔵	翌日		
5511	穿刺液一般(腹水)	腹水 0.5	⑳ ポリスピッツ	冷蔵	翌日		
5521	胸水細胞数	胸水 1.0	㉑ EDTA-2K	室温	翌日		
5531	腹水細胞数	腹水 1.0	㉑ EDTA-2K	室温	翌日		
5541	蛋白定量(胸水)	胸水 0.6	⑳ ポリスピッツ	冷蔵	翌日	11	
5542	糖定量(胸水)	胸水 0.5	⑳ ポリスピッツ	冷蔵	翌日	11	
5543	蛋白定量(腹水)	腹水 0.6	⑳ ポリスピッツ	冷蔵	翌日	11	
5544	糖定量(腹水)	腹水 0.5	⑳ ポリスピッツ	冷蔵	翌日	11	
5545	蛋白定量(関節液)	関節液 0.5	⑳ ポリスピッツ	冷蔵	翌日	11	
5546	糖定量(関節液)	関節液 0.5	⑳ ポリスピッツ	冷蔵	翌日	11	
729	寄生虫卵塗抹 (セファナーブ法)		蟻虫セロファン	室温	翌日	20	



一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1511

●新規項目詳細一覧

手引き掲載頁	項目コード	検査項目	報告名称	単位	検査方法	備考
なし	5501	穿刺液一般（胸水）	リバルタ反応	なし	Rivalta 法	
			比重	なし	屈折計法	
なし	5511	穿刺液一般（腹水）	リバルタ反応	なし	Rivalta 法	
			比重	なし	屈折計法	
なし	5521	胸水細胞数	細胞総数	/ $\mu$ L	計算盤法	
			中皮細胞	%		
			組織球	%		
			好中球	%		
			リンパ球	%		
			その他	%		
なし	5531	腹水細胞数	細胞総数	/ $\mu$ L	計算盤法	
			中皮細胞	%		
			組織球	%		
			好中球	%		
			リンパ球	%		
			その他	%		
なし	5541	蛋白定量（胸水）		g/dL	屈折計法	
なし	5542	糖定量（胸水）		mg/dL	酵素法	
なし	5543	蛋白定量（腹水）		g/dL	屈折計法	
なし	5544	糖定量（腹水）		mg/dL	酵素法	
なし	5545	蛋白定量（関節液）		g/dL	屈折計法	
なし	5546	糖定量（関節液）		mg/dL	酵素法	
なし	729	寄生虫卵塗抹（セロファンテープ法）		(-)	セロファンテープ法	

## ●変更一覧表

手引き掲載頁	項目コード	検査項目	変更内容		新	現	備考
35	483	精液検査	採取時間	項目削除	なし	採取時間	削除
33	730	髄液一般	髄液一般細胞総数	基準値変更	10/3以下	なし	
			リンパ球	単位変更	%	/mm <sup>3</sup>	
			好中球	単位変更	%	/mm <sup>3</sup>	
			その他	単位変更	%	/mm <sup>3</sup>	
			パンディ反応	基準値変更	(-)	(-)~(±)	
			比重	基準値変更	なし	1.005-1.007	
			性状	項目削除	なし	性状	削除
35	740	関節液一般	関節液一般細胞総数	単位変更	/μL	/mm <sup>3</sup>	
			リンパ球	単位変更	%	/mm <sup>3</sup>	
			好中球	単位変更	%	/mm <sup>3</sup>	
			その他	単位変更	%	/mm <sup>3</sup>	
			組織球	項目追加	%	なし	新規

## ●検査受託中止項目一覧

手引き掲載頁	項目コード	検査項目	受託中止日	備考
34	760	穿刺液 一般	2020年11月30日（月）の受付分をもちまして受託中止とさせていただきます	胸水、腹水の材料別に項目コードを新規設定いたしました。
34	765	穿刺液 細胞数		
34	756	穿刺液 蛋白定量		
34	757	穿刺液 糖定量		