

INFORMATION

No. 30006

平成30年6月12日

検査受託中止および検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび下記検査項目におきまして、検査受託中止および検査内容変更をさせていただきますご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

【実施日】 2018年7月4日（水）ご依頼分をもって受託中止

【検査受託中止項目】

項目コード	検査項目	備考
4132	水痘・帯状疱疹ウイルス (IHA)	試薬として用いる血球の確保ができず 検査継続が困難なため

【実施日】 2018年7月5日（木）ご依頼分より

【変更項目】

検査項目	CA72-4	トリヨードサイロニン (T3)
	心筋トロポニンT	サイロキシン (T4)
	TSHレセプター抗体 (第3世代)	抗サイログロブリン抗体
	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体)	Zn (亜鉛)



一般社団法人

福岡市医師会臨床検査センター

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 TEL(092)852-1506 FAX(092)852-1510

● CA72-4 他6項目


測定機器を同一メーカーの新機種に変更いたします。

これに伴い、報告範囲を変更いたします。基準値に変更はありません。

項目コード	検査項目	変更内容	新	現
3270	CA72-4	報告範囲	1.5未満、 1.5~99900000	1.0以下、 1.1~99900000
4956	心筋トロポニンT	報告範囲	0.003未満、 0.003~99900000	0.003以下、 0.004~99900000
2168	TSHレセプター抗体（第3世代）	報告範囲	0.8未満、 0.8~39.9、40.0以上	0.3以下、 0.4~29.9、30.0以上
2171	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（抗TPO抗体）	報告範囲	9未満、 9~599、600以上	5以下、 6~599、600以上
2855	トリヨードサイロニン（T ₃ ）	報告範囲	0.20未満、 0.20~6.50、6.51以上	0.20以下、 0.21~6.50、6.51以上
2882	サイロキシン（T ₄ ）	報告範囲	0.42未満、 0.42~24.8、24.9以上	0.42以下、 0.43~24.8、24.9以上
2183	抗サイログロブリン抗体	報告範囲	10未満、 10~3990、4000以上	10以下、 11~3990、4000以上

▼測定機器変更による現と新の比較


CA72-4



●検査方法参考文献

矢田 紗世, 他: 医学と薬学 74 (7)
: 831~840, 2017.


心筋トロポニンT




●検査方法参考文献

古屋 実, 他: 医学と薬学 74 (5)
: 607~617, 2017.


TSH レセプター抗体 (第3世代)




抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗 TPO 抗体)




トリヨードサイロニン (T3)



サイロキシン (T4)



抗サイログロブリン抗体



● Zn (亜鉛)

本検査におきまして、自動化試薬に変更いたします。
 新基準値は文献値です。(亜鉛欠乏症の診療指針2016.)

項目コード	検査項目	変更内容	新	現
3462	Zn (亜鉛)	検査方法	比色法	原子吸光分析法
		基準値 (単位)	80~130 ($\mu\text{g}/\text{dL}$)	65~110 ($\mu\text{g}/\text{dL}$)
		報告範囲	5 未満、 5~99999999	10 未満、 10~99999999

▼現法と新法の比較

