

図4 発症からの経過時間別に見た各心筋傷害マーカーの診断精度

| | <2h | 2～4h | 4～6h | 6～12h | 12～24h | 24～72h | >72h |
|-----------------------|-----|------|------|-------|--------|--------|------|
| ミオグロビン* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 心臓型脂肪酸結合蛋白 (H-FABP) * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 心筋トロポニン* | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| CK-MB | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| CK | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| ミオシン軽鎖 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

◎ 感度，特異度ともに高く診断に有用である

○ 感度は高いが，特異度に限界がある

△ 感度，特異度ともに限界がある

× 診断に有用でない

* 全血迅速診断が可能である